

國立陽明交通大學生命科學院公用儀器使用績效表

(統計至 110.12.31 止)

		LI-COR 近紅外光 影像系統	落地型密閉式 組織脫水處理機	密度梯度分液收集系統
購置時間		106 年 8 月	106 年 9 月	108 年 12 月
管理人		陳威儀老師	游麗如老師	陳美瑜老師
收費標準		無收費，使用者自備耗材	合併計次分攤耗材使用費	無收費，使用者自備耗材
106 年	使用 次數	437 次(5 間實驗室) 生化所 4 實驗室，425 次 微免所 1 實驗室，12 次	19 次(6 間實驗室) 生科系基科所 4 實驗室，約 15 次 生化所 1 實驗室，約 3 次 微免所 1 實驗室，約 1 次	-
	使用 時數	123 小時 42 分鐘 生化所 107 小時 57 分鐘 微免所 1 小時 48 分鐘 教育訓練 3 小時 57 分鐘	-	-
107 年	使用 次數	382 次(7 間實驗室) 生化所 5 實驗室，298 次 微免所 1 實驗室，68 次 腦科所 1 實驗室，16 次	67 次(6 間實驗室) 生科系基科所 4 實驗室，約 62 次 生化所 2 實驗室，約 5 次	-
	使用 時數	125 小時 51 分鐘 生化所 104 小時 5 分鐘 微免所 16 小時 24 分鐘 腦科所 4 小時 22 分鐘 教育訓練 1 小時	-	-
108 年	使用 次數	216 人(4 間實驗室) 皆為生化所實驗室	70 次(10 間實驗室) 生科系基科所 5 實驗室，約 56 次 生化所 1 實驗室，約 8 次 微免所 4 實驗室，約 6 次	3 次(1 間實驗室) 生化所-陳美瑜實驗室
	使用 時數	82 小時 1 分鐘 生化所 80 小時 1 分鐘 教育訓練 1 小時 45 分鐘	-	10 小時 皆為生化所實驗室使用

		LI-COR 近紅外光 影像系統	落地型密閉式 組織脫水處理機	密度梯度分液收集系統
購置時間		106 年 8 月	106 年 9 月	108 年 12 月
管理人		陳威儀老師	游麗如老師	陳美瑜老師
收費標準		無收費，使用者自備耗材	合併計次分攤耗材使用費	無收費，使用者自備耗材
109 年	使用 次數	408 人(6 間實驗室) 皆為生化所實驗室	70 次(10 間實驗室) 生科系基科所 4 實驗室，約 52 次 生化所 4 實驗室，約 16 次 微免所 2 實驗室，約 2 次	12 次(1 間實驗室) 生化所-陳美瑜實驗室
	使用 時數	198.39 小時 皆為生化所實驗室使用		38 小時 皆為生化所實驗室使用
110 年	使用 次數	143 人(4 間實驗室) 皆為生化所實驗室	約 89.9 次^{*註}(12 間實驗室) 生科系基科所 5 實驗室，約 54.5 次 生化所 4 實驗室，約 32.6 次 微免所 3 實驗室，約 2.8 次	14 次(2 間實驗室) 皆為生化所實驗室
	使用 時數	48 小時 31 分鐘 皆為生化所實驗室使用		55 小時 皆為生化所實驗室使用
備註			開機一次不只處理一間實驗室的 檢體，故每次次數皆由參與實驗 室平分，因而有小數點產生。	